

▼ BLINCYTO® (blinatumomab) Opplæringsbrosjyre for sykepleiere

▼ **BLINCYTO® (blinatumomab)**

**Viktig sikkerhetsinformasjon for sykepleiere**

Denne opplæringsbrosjyren inneholder viktig informasjon om administrasjon av BLINCYTO og risikoen for feilmedisinering og nevrologiske hendelser.

Den er viktig for å sikre trygg og effektiv bruk av legemidlet og hensiktsmessig håndtering av de viktige utvalgte risikoene, og det anbefales derfor å lese gjennom materialet nøye før legemidlet administreres.

Hvis du har spørsmål vedrørende administrasjon av og bivirkninger forbundet med BLINCYTO, kan du se i preparatomtalen, som finnes på Felleskatalogens nettside på følgende lenke: [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no)

Alt sikkerhetsmateriale, også pasientmaterialet, er tilgjengelig på [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no)

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell bes melde mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema: [www.legemiddelverket.no/meldeskjema](http://www.legemiddelverket.no/meldeskjema).

## ▼ BLINCYTO® (blinatumomab) Opplæringsbrosjyre for sykepleiere

**Viktig informasjon om BLINCYTO**

Følgende tiltak skal iverksettes for å forebygge eller minimere risikoen for feilmedisinering og for å formidle viktig informasjon om nevrologiske hendelser:

Administrasjon	i.v.-slanger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infusjonsslangen eller det intravenøse kateteret skal ikke skylles mens den/det er koblet til pasienten, da dette forårsaker administrering av en utilsiktet bolus med BLINCYTO. Ved administrering via et venekateter med flere lumen, skal BLINCYTO infunderes via en dedikert lumen.</li> </ul>
	Pumpe-spesifikasjoner og -innstillinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmer pumpen kun basert på den infusjonshastigheten som er trykt på etiketten på infusjonsposen.</li> <li>• Beregn ikke infusjonshastigheten selv.</li> <li>• Lås pumpen og kontroller at batteriet er tilstrekkelig ladet hver gang du skifter posen.</li> <li>• Instruer pasientene om at de ikke skal låse opp pumpen.</li> <li>• Hvis det ser ut til at pumpen ikke virker som den skal (hvis det for eksempel utløses en alarm) på et hvilket som helst tidspunkt, må du instruere pasientene og omsorgspersonene om å ikke prøve å reparere pumpen, og gi dem beskjed om å få hjelp av behandlende lege eller av deg umiddelbart.</li> <li>• Instruer pasientene om å ikke endre noen pumpeinnstillinger (unntatt å stoppe pumpen i en akutsituasjon).</li> <li>• Husk å kontrollere om gjenværende volum i infusjonsposen samsvarer med innstilt infusjonshastighet hver gang før du skifter posen. Hvis det gjenværende volumet i infusjonsposen ikke samsvarer med innstilt infusjonshastighet før du skifter posen, må du registrere avviket og kontakte legen for å få ytterligere instruksjoner.</li> </ul>
	Utskifting av i.v.-posen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i.v.-posen må skiftes innen 4 timer etter angitt tidspunkt, uavhengig av hvor mye som er igjen i den eksisterende infusjonsposen.</li> </ul>
	Behandlings-avbrudd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilsyn av helsepersonell eller sykehusinnleggelse anbefales i tilfeller der behandlingen gjenopptas etter et avbrudd på 4 timer eller mer (se pkt. 4.2 i preparatomtalen for å få mer informasjon).</li> </ul>
	Stell av kateterstedet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLINCYTO-oppløsningen inneholder ikke konserveringsmidler. Bruk alltid aseptisk teknikk ved administrasjon av BLINCYTO.</li> <li>• Instruer pasientene og/eller omsorgspersonene i stell av kateterstedet etter behov.</li> </ul>
Veiledning	Nevrologiske hendelser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overvåk pasientene for tegn og symptomer på nevrologiske hendelser (f.eks. forvirring, desorientering, svimmelhet, tremor, krampeanfall) før og under hele behandlingssyklusen (se pkt. 4.4 i preparatomtalen for å få mer informasjon). Vurder å bruke en jevnlig skrivetest som hjelpemiddel i overvåkingen for nevrologiske hendelser under behandlingen med BLINCYTO.</li> <li>• Eldre pasienter kan være mer mottakelige for alvorlige nevrologiske hendelser.</li> <li>• Veiled pasientene om de mulige nevrologiske virkningene.</li> <li>• Instruer pasientene om å: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ikke kjøre bil, bruke tunge maskiner eller delta i risikofylte aktiviteter mens de får BLINCYTO</b></li> <li>• kontakte deg eller legen hvis de opplever nevrologiske symptomer</li> </ul> </li> </ul>